

Produktblatt

Produkt
Testadapter

Modellbezeichnung
SR 328

Best. Nr.
T01-1202


Produktbeschreibung

Mit Hilfe des Testadapters SR 328 wird die Halbmaske SR 100 / SR 900 von Sundström an ein Messinstrument angeschlossen, um einen Passtest durchzuführen.

Der Adapter wird an eines der Ausatemventile der Maske angeschlossen.

Der Adapter ist nur für gelegentliche Passtests vorgesehen. Er darf nicht bei der gewöhnlichen Arbeit verwendet werden.

- A. Ventil Sitz der Maske
- B. Adapter
- C. Anschlusschlauch
- D. Ausatemmembrane
- E. Ventildeckel



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com